

CARATTERISTICHE TECNICHE E RELATIVI FABBISOGNI

SISTEMI MININVASIVI PER LA CORREZIONE DELL'INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE DA SFORZO E PER LA RIPARAZIONE DEI DIFETTI DEL PAVIMENTO PELVICO

PERIODO DELLA FORNITURA: **24 MESI**

LOTTO 1

24 pz. Sistema per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile da sforzo mediante sling con approccio trans-otturatorio "OUTSIDE-INSIDE"

CND: P900299-U070101

CPV: 33184100-4

Il sistema deve essere:

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- corredato da appositi aghi introduttori
- con sling in polipropilene macroporoso rivestita da una guaina di protezione, dotata di repere/marker di posizionamento

LOTTO 2

65 pz. Sistema per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile da sforzo mediante sling con approccio trans-otturatorio "INSIDE-OUTSIDE". Sistema costituito da sling di lunghezza non superiore a 13 cm

CND: U070101

CPV: 33184100-4

Il sistema deve essere:

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- corredato da appositi aghi introduttori
- corredato da guida scanalata per il passaggio degli aghi introduttori per la protezione dell'uretra
- con sling:

- in polipropilene macroporoso rivestita da una guaina di protezione

- di lunghezza non superiore a 13 cm
- collegata alle estremità a fili di posizionamento
- dotata di anello/marker centrale di posizionamento

LOTTO 3

200 pz. Sistema per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile da sforzo mediante sling con approccio trans-otturatorio "INSIDE-OUTSIDE". Sistema costituito da sling di lunghezza non inferiore a 45 cm

CND: U070101

CPV: 33184100-4

Il sistema deve essere:

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- corredato da appositi aghi introduttori
- corredato da guida scanalata per il passaggio degli aghi introduttori per la protezione dell'uretra
- con sling:
 - in polipropilene macroporoso rivestita da una guaina di protezione
 - di lunghezza non inferiore a 45 cm

LOTTO 4

8 pz. Sistema per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile da sforzo mediante sling con approccio RETROPUBICO

CND: U070101

CPV: 33184100-4

Il sistema deve essere:

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- corredato da apposito ago introduttore
- con sling in polipropilene macroporoso, rivestita da una guaina di protezione e dotata alle due estremità di guaina per la protezione dell'ago introduttore

LOTTO 5

110 pz. Sistema per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile da sforzo mediante sling con tecnica a SINGOLA INCISIONE

CND: P080199-U070101

CPV: 33184100-4

Il sistema deve essere:

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- corredato da appositi aghi introduttori
- sling in polipropilene macroporoso dotata di due ancorette, una statica e una dinamica
- il sistema deve permettere il posizionamento delle ancorette attraverso la membrana otturatoria

LOTTO 6

Sistema per il trattamento dei difetti del pavimento pelvico con approccio TRANSVAGINALE A SINGOLA INCISIONE

CND: P900202-P900299

CPV: 33184100-4

Posizione 6.1

14 pz. Sistema per il trattamento dei difetti ANTERIORI e apicali del pavimento pelvico

Il sistema deve essere:

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- con mesh in polipropilene macroporoso dotata di quattro bracci di posizionamento e ancorette autofissanti per l'ancoraggio al forame otturatorio
- corredato da dispositivo per il fissaggio della mesh al legamento sacrospinoso

Posizione 6.2

7 pz. Sistema per il trattamento dei difetti POSTERIORI e apicali del pavimento pelvico

Il sistema deve essere:

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- con mesh in polipropilene macroporoso dotata di bracci di posizionamento
- corredato da dispositivo per il fissaggio della mesh al legamento sacrospinoso

LOTTO 7

Dispositivo per ancoraggio e fissaggio di suture profonde nel pavimento pelvico

CND: P0880-H9099

CPV: 33141125-2

Posizione 7.1

300 pz. Dispositivo per il posizionamento di suture

- monouso
- sterile
- privo di lattice
- indicato per agevolare il posizionamento delle suture in sedi anatomiche difficili
- ricaricabile con fili di sutura dedicati

Posizione 7.2

200 pz. Fili di sutura riassorbibili

Posizione 7.3

450 pz. Fili di sutura non riassorbibili

- monouso
- sterili
- privo di lattice
- riassorbibili e non riassorbibili
- utilizzabili con il dispositivo della pos. 7.1