



SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino **Centralino:** tel. +39.011.6331633
P.I./Cod. Fisc. 10771180014

Presidi Ospedalieri: - Mollinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633
- Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111
- Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0113134444

S.C. Provveditorato/Economato

Direttore: Dr.ssa Franca Dall'Occo

Presidio Ospedaliero: CTO

Via Zuretti, 29 - 10126 Torino

provveditoratoeconomato@cittadella.salute.to.it

A tutte le Imprese interessate

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PLACCHE E VITI PER OSTEOSINTESI DA BACINO.

CHIARIMENTI N. 1

A seguito di richiesta inoltrata da una impresa interessata alla procedura di gara indicata in oggetto, si fornisce il seguente chiarimento. Il quesito è riportato in grassetto.

D. Dall'analisi del capitolato, emergono alcuni dubbi interpretativi su alcune specifiche, ritenuti a proprio parere suscettibili di chiarimento.

Premesso che il sistema di placche e viti per osteosintesi da bacino descritto nella documentazione di gara è tale per cui le placche richieste hanno la possibilità di accettare due tipologie di viti, ovverosia le viti corticali e quelle di bloccaggio, considerato che ai fini della formulazione dell'offerta economica è necessario totalizzare il lotto unico per un fabbisogno complessivo di 260 sistemi di placche eviti da bacino, ai fini di imputare le quantità alle tipologie di viti corrette, nonché di consentire un'univoca valorizzazione dell'offerta economica, si chiede di specificare la composizione dell'impianto tipo.

R: In merito alla formulazione dell'impianto tipo, si specifica quanto indicato dagli estensori del capitolato tecnico: 1 placca retta 8 fori - 1 vite diametro 3.5 mm lunghezza 45 mm.

I/R.U.P.
Dott.ssa E. Martucciello