

ESITO (Aggiornato al 12/04/2018)

 [DETERMINA 883 AGGIUDICAZIONE.pdf](#)

S.C. Provveditorato/Economato
Direttore Supplente: Dott. Gianluigi Bormida

AVVISO DI GARA

 [AVVISO AVVIO PROCEDURA](#)

Scadenza offerte sul Me.PA.: ore 12,00 del 30/03/2018

Per info: mbocci@cittadellasalute.to.it

CHIARIMENTI

I programmi di sterilizzazione da convalidare per ogni sterilizzatrice sono i seguenti:
1 ciclo TEST VUOTO - 1 ciclo di RISCALDAMENTO - 1 ciclo BOWIE&DICK - 1 ciclo 134°
TESSILI - 1 ciclo 134° FERRI - 1 ciclo 121° GOMMA. (21/03/2018)