

S.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO

Direttore Supplente : Dott Gianluigi BORMIDA

Funzionario Istruttore: Sig.ra Loredana ALLOCHIS

011/693.3623

Referente : Dott.ssa Patrizia RITTA'

011/693.3387

SI AVVISA DELLA PUBBLICAZIONE SU SINTEL DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA RICOSTITUZIONE TRAVASO FARMACI N. GARA 7670145 CIG VARI - PERIODO 36 MESI IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 163.307,92 ONERI FISCALI ESCLUSI .

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

 [Determina_0000149_2020.pdf](#) Bytes

TERMINE DI SCADENZA:OE 17,30 DEL GIORNO 10/03/2020

La procedura di selezione si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma

SINTERL, il cui assesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.

La documentazione di gara è disponibile al seguente link:

<http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121470050>

 [CHIARIMENTO N. 1](#) [149.99 KB](#)

2) CHIARIMENTO:

DOMANDA:

E' richiesta campionatura in confezione originale e con copia dell'etichetta della scatola di fornitura. Per confezione originale si intende il singolo dispositivo nella confezione primaria (blister) o deve essere presentata anche la scatola di cartone/imballo di vendita (confezione secondaria)?

RISPOSTA: Per confezione originale si intende il singolo dispositivo nella confezione primaria (blister) .

3 CHIARIMENTO:

DOMANDA:

In riferimento al lotto 3 fate richiesta di un filtro idrofobico da 0,2 micron con o senza prolunga, siamo a richiedervi se è necessario offrire entrambi le versioni di questo prodotto o se è necessario offrire solo una delle due versioni?

RISPOSTA:

E' necessario fornire solo una delle versioni.