

 [ESITO](#)  [915.18 KB](#)  [12/10/2017, 18:04](#) (Aggiornato al 12/10/2017)

S.C. ICT E INGEGNERIA CLINICA

DIRETTORE: ING. STEFANO GALLO

REFERENTE: DANIELA BOLDRINI

TEL. 011/633.3021 FAX 011/633.3019

EMAIL: dboldrini@cittadellasalute.to.it

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 TERMOMETRO EUTECH INSTRUMENTS BV MOD. TEMP 6 XS NS/134929 IN DOTAZIONE S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA – CELL FACTORY - P.O O.I.R.M. DELL’A.O.U. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO.

CIG N. ZB71F7D206

SCADENZA OFFERTE: 04/08/2017

ORE 12,00

ALLEGATO:

 [INVITO 216.92 KB _ 27/07/2017, 16:13](#)

Quesito N. 1: una ditta ha richiesto la seguente informazione:

" il numero dei punti da tarare e il valore di temperatura di ciascun punto"

LA RISPOSTA E' LA SEGUENTE:

Omissis "punti da tarare sono 7.

Di seguito i valori delle temperature, per ogni punto:

-80°C

-20°C

+4°C

+22,5°C

+30°C

+37°C

+56°C

Omissis