

S.C. ICT E INGEGNERIA CLINICA

DIRETTORE: ING. STEFANO GALLO

REFERENTE: Daniela BOLDRINI

TEL. 011/633.3021 FAX 011/633.3019

EMAIL: dboldrini@cittadellasalute.to.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA)

www.acquistinretepa.it

Si avvisa che e' stata pubblicata sul MEPA la sottoindicata procedura di gara:

OGGETTO: M.E.P.A - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU BRONCOSCOPIO
PENTAX-ASAHI OPTICAL MOD. FB10 V IN DOTAZIONE ALLA SALA OPERATORIA
MISTA 1 (CHIR.VASC.1- CHIR.VASC. 2) DEL PRESIDIO MOLINETTE DELL'AOU
CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO.

NUMERO CIG: Z53383AFC6

Si risponde a una richiesta di chiarimento sulla riparazione in oggetto, data l'impossibilità tecnica di esporre il comunicato sul mepa:

a) Con "guaina usurata e fissurata" si intende il tubo di inserzione oppure la guainetta distale? -R: da una prima analisi visiva la guainetta distale sembrerebbe bucata

b) La visione è buona? R: La visione è buona

c) Lo strumento risulta infiltrato? R: non abbiamo indicazioni di infiltrazioni dello strumento e da controllo visivo sembrerebbe non infiltrato

La presente RDO è stata prorogata fino al 07/11/2022

ALLEGATO:

 [_ RDO NG3257201 70.73 KB](#)